

Chères Consœurs, chers Confrères,

La S.F.E met à votre disposition un plateau technique performant avec microscopes , loupes, générateurs d'ultrasons, moteurs d'endodontie, radiographie numérique...

Dans un souci d'amélioration constante, nous vous demandons d'être équipé d'un matériel de base pour une endodontie de qualité, dont vous trouverez la liste ci-dessous. Ce matériel sera utile pour le Module 1 – Cycle 1 et Cycle 2.

Ce matériel peut être commandé chez notre partenaire Henry Schein ou en direct auprès de votre revendeur habituel.

Tout ce matériel vous permettra de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris lors de ces deux jours dès le lundi dans vos cabinets.

Bien fraternellement,

Paul-Marie OLIVA & Tara Mc MAHON

Responsables du MODULE 1- CYCLE 1 (Janvier 2027) :

Cyril VIDAL & Romain ORLU

Responsable du MODULE 1- CYCLE 2 (Mars 2027)

MATERIEL A APPORTER POUR LE MODULE 1- CYCLE 1 (JANVIER 2027):

- Une blouse et des lunettes
- Des gants adaptés à vos habitudes
- Une sonde endodontique DG16
- Une spatule de bouche
- Une paire de précelle d'endodontie type Perry
- Filière de calibrage pour pointes Gutta
- Pince porte-crampon
- Pince à perforer la digue
- Fouloir Plugger double
- Limes K de diamètre 06 à 40 :
 - 6/100 21 mm x 6
 - 6/100 25 mm x 6
 - 8/100 21 mm x 6
 - 8/100 25 mm x 6
 - 10/100 21 mm x 6
 - 10/100 25 mm x 6
 - 15/100 25 mm x 6
 - 20/100 25 mm x 6
 - 25/100 25 mm x 6
 - 30/100 25 mm x 6
 - 35/100 25 mm x 6
- 2 blisters de limes 45 à 80

8 dents saines (monoradiculées et pluriradiculées), matures, surface externe nettoyée, conservées si possible dans de l'hypochlorite de sodium (maximum 2 semaines dans l'hypochlorite).

Avant le séminaire, les dents devront être radiographiées de face et de profil et éventuellement meulées afin que la longueur totale soit inférieure à 23mm. Les radiographies per et postopératoires pourront être réalisées pendant le séminaire.

Les cavités d'accès de toutes les dents doivent être préparées avant la formation afin d'être vérifiées et corrigées sous microscope. La perméabilité sera vérifiée avec une Lime K 08.

MATERIEL A APPORTER POUR LE MODULE 1- CYCLE 2 (Mars 2027):

- Une blouse et des lunettes
 - Des gants adaptés à vos habitudes
 - Une sonde endodontique DG16
 - Filière pour pointes Gutta
 - Fouloir Plugger double
-
- Micro Opener 4 n°10(3) MAILLEFER **OU** Micro Opener 4 n°15 (3) MAILLEFER
 - PORTE AMALGAME PLASTIQUE COURBE 45° A11

4 dents saines (2 molaires maxillaires et 2 mandibulaires), matures, stérilisées, surface externe nettoyée, conservées si possible, dans de l'hypochlorite de sodium.

N'hésitez pas à prendre des radios de ces dents.

Néanmoins, au cours du séminaire, les dents pourront être radiographiées de face et de profil (et éventuellement meulées afin que la longueur totale soit inférieure à 23 mm).

Les cavités d'accès de toutes les dents doivent être préparées avant la formation afin d'être vérifiées et corrigées sous microscope.

Il faudra conserver les dents pour le MODULE 2-CYCLE 3.